

FLUXO TECNOLOGIA

FT-2051E · Banhos Ultratermostáticos de Piso

Revisão 2026-10-05 · R01 · Documento preliminar para validação técnica

Parâmetro	Informação / situação
Volume nominal	100 L
Faixa publicada (preliminar)	–10 a +100 °C
Estabilidade publicada (preliminar)	±0,1 °C
Potência elétrica	Em validação
Alimentação / fases / frequência	Em validação
Dimensões externas / úteis	Em validação
Peso	Em validação
Conexões / materiais	Em validação
Fluidos permitidos e limites	Em validação
Condições de ensaio	Em validação
Circulação	Interna e externa
Vazão / pressão / curva da bomba	Em validação
Capacidade frigorífica por temperatura	Em validação

Dados publicados do catálogo recuperado; códigos e desempenho sujeitos à aprovação do fabricante. Não substitui especificação contratual. Estabilidade e uniformidade são grandezas distintas.