

FLUXO TECNOLOGIA

FT-1011 · Estufas de Germinação

Revisão 2026-10-05 · R01 · Documento preliminar para validação técnica

Parâmetro	Informação / situação
Volume nominal	500 L
Faixa publicada (preliminar)	0 a 60 °C
Estabilidade publicada (preliminar)	±0,3 °C
Potência elétrica	Em validação
Alimentação / fases / frequência	Em validação
Dimensões externas / úteis	Em validação
Peso	Em validação
Conexões / materiais	Em validação
Fluidos permitidos e limites	Em validação
Condições de ensaio	Em validação
Uniformidade / método de avaliação	Em validação

Dados publicados do catálogo recuperado; códigos e desempenho sujeitos à aprovação do fabricante. Não substitui especificação contratual. Estabilidade e uniformidade são grandezas distintas.