

FLUXO TECNOLOGIA

Banhos Ultratermostáticos de Piso · Comparativo

Revisão 2026-10-05 · R01 · Documento preliminar para validação técnica

Modelo	Volume ou capacidade	Faixa preliminar
FT-2050	72 L	–10 a +100 °C
FT-2050E	72 L	–10 a +100 °C
FT-2051	100 L	–10 a +100 °C
FT-2051E	100 L	–10 a +100 °C
FT-2052	130 L	–10 a +100 °C
FT-2052E	130 L	–10 a +100 °C

Potência, alimentação, dimensões, peso, conexões, fluidos e condições de ensaio precisam de validação por modelo. Consulte as fichas individuais desta mesma revisão.

Dados publicados do catálogo recuperado; códigos e desempenho sujeitos à aprovação do fabricante. Não substitui especificação contratual. Estabilidade e uniformidade são grandezas distintas.